



ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- REPUBLIKA SRBIJA
ZOMBORI KÖZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET
ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR
25000 Сомбор, Војвођанска 47 - 25 000 Sombor, Vojvođanska 47

e-mail : office@zzjzsombor.org

tel./fax. 025-412-888

ЗЗЈЗ СОМБОР

Комисија за јавну набавку

Број:ЈНОП 01/2014

Дана: 01.10.2014. године

Предмет: Достава одговора 4

Комисије за ЈНОП 01/2014

Достављамо одговор Комисије за јавне набавку МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, ЈНОП 01/2014, на питања која су примљена 01.10.2014.год. До 12 часова.

Одговори и обавештење су објављени на сајту ЗЗЈЗ СОМБОР, www.zzjzsombor.org и на сајту Управе за јавне набавке.

Питање 1.

Молимо Вас да одговорите да ли је дозвољено да се уместо сертификата, СЕ ознаке и QC листа/сертификат за хемикалије, подлоге и стакло да се доставе спецификације? Такође Вас молим да одговорите да ли је прихватљиво да се MSDS листе не предају понуде, како ће свакако бити достављене при испоруци?

Питање 2.

У конкурсној документацији за набавку број 01/14 партија 2, ставка 22, захтеван је натријум борхидрид, да ли се захтева хемикалија чистоће за ААС?

Питање 3.

У конкурсној документацији за набавку број 01/14 партија 6, ставка 24, захтеване је чаша, да ли је прихватљиво понудити чашу од 600 мл како ниједан произвођач нема у понуди чашу од 500 мл?

Питање 4.

У конкурсној документацији за набавку број 01/14 партија 6, захтевана је зделица за испаравање да ли се захтева керамичка или стаклена зделица?

Питање 5.

Да ли можете да појасните шта се подразумева као јединица мере, 1 диск или фиола од 50 дискова за партију 4-Антибиограм дискови, с обзиром да је у Обрасцу понуде у колони Јединица мере наведена тражена концентрација диска?

Питање 6.

Пошто су за партију 8 - Тестови за Елиса-у, последња ставка, под редним бројем 5 тражени Елиса стрипови за контролу перформанси ЕЛИСА читача, ридера, скрећемо пажњу да нисте навели за који читач тражите стрипове за контролу као и да сте у једну партију ставили разнородна добра- тестове и контроле стрипове.

Питање 7: Молимо Вас да нам појасните следећу ставку Плочице за хламидије 600 комада. (опис и димензије)?



ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- REPUBLIKA SRBIJA
ZOMBORI KÖZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET
ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR
25000 Сомбор, Војвођанска 47 - 25 000 Sombor, Vojvođanska 47

e-mail : office@zzjzsombor.org tel./fax. 025-412-888

Одговори :

1. За сертификате, СЕ ознаке и QC листе консултовати микробиолошку лабораторију. MSDS листе не морају бити у штампаној форми, него на ЦД-у.
2. Натријум борхидрид треба бити чистоће за ААS. Користи се за одређивање арсена.
3. Уместо чаше од 500 мл у хемијској лабораторији је прихватљива и чаша од 600 мл, али консултовати и микробиолошку лабораторију.
4. Зделица за испаравање треба бити стаклена.
5. фабрички 50 комада дискова паковано у једну фиолу тако да је назначен БРОЈ ФИОЛА x 50 (дискова)
6. Потребни су стрипови за читач марке AWARENESS. ELISA тестови и контролни стрипови биће раздвијени у две посебне партије.
7. Пластице за хламидије подразумевају плочице за имунофлуоресценце (за ДИФ) димензије 75мм x 25мм са пољем за наношење узорка пречника 8мм.

Одговори на питања ће бити објављена на сајту www.zzjzsombor.org и на порталу УЈН.

Комисија за ЈН ОП 01/20144