



ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР  
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- REPUBLIKA SRBIJA  
ZOMBORI KÓZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET  
ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR  
25000 Сомбор, Војвођанска 47 - 25 000 Sombor, Voјvoђanska 47

e-mail : office@zzjzsombor.org

tel./fax. 025-412-888

Број : ЈНОП 3/2016-2  
Датум: 10.11.2016.

Предмет: Достава одговора на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈНОП 3/2016

**Питање:** Ако можете да ми одговорите на питања ради појасњења конкурсне документације ЈНОП3/2016 везано за партију б-лабораторијско стакло,

За ставку 24-да ли је прихватљиво понудити чашу ВФ од 600мл ,градуација на 500мл ?

За ставку 22-стаклене провидна плочица са 6 удубљења –с обзиром да са 6 удубљења постоје само од порцелана И пластике ,да ли је могуће понудити стаклене плочице са 12 места фи 20-22мм ,произвођач Бранада каталоски број 473500,или Menzela Diagnostic slides without adhesion coating Dimensions 75mm x 25mm x 1.0mm, with 90° ground edges. Available with epoxy or PTFE coating, as outlined below. ,kataloski broj X1XER301B ,sa 8 mesta,dia 6mm?

**Одговор:** У Партији VI- лабораторијско стакло, за ставку 24 прихватљиво је понудити чашу ВФ од 600мл ,градуација на 500мл.

У Партији VI- лабораторијско стакло, за ставку 22 прихватљива је стаклена провидна плочица са 6 до 12 удубљења за VDRL (удубљења Ø 20-22 mm, дубине 1-2 mm).

**Питање:** Ако можете да ми одговорите на питања ради појашњења конкурсне документације ЈНОП3/2016 везано за партију 2-хемикалије за ставку 20-да ли се може понудити у квалитету 99%, „extra pure“?

**Одговор:** У Партији II- хемикалије за ставку 20, прихватљиво је понудити квалитет 99%, „extra pure“.